

## 细胞产品手册

OriCell<sup>®</sup> PC-3

人前列腺癌细胞系

产品货号: H6-0401



## 产品介绍

人前列腺癌细胞系（PC-3）源于一位 62 岁白人男性IV级前列腺腺癌患者的骨头转移灶。据报道，PC-3 细胞的酸性磷酸酶活性和 5- $\alpha$ -睾丸激素还原酶活性都低。PC-3 细胞具有快速的增殖能力和高度的转移潜能，在体内和体外都能形成肿瘤，因此被认为是一种高度致瘤的细胞系。

PC-3 细胞系常用于重楼皂苷I通过调控 Notch 信号通路对前列腺癌 PC-3 细胞迁移侵袭力的影响、地塞米松对前列腺癌 PC-3 细胞增殖、凋亡、迁移和侵袭的影响及机制研究等。


**注意：**本产品仅提供给进一步科研使用，不可用于临床治疗等其他用途。

## 产品信息

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 产品名称   | 人前列腺癌细胞系                                      |
| 简称     | PC-3                                          |
| 别称     | PC3、PC.3                                      |
| 货号     | H6-0401                                       |
| 规格     | 1×10 <sup>6</sup> 个/管 或 1×10 <sup>6</sup> 个/瓶 |
| 组织来源   | 人前列腺                                          |
| 细胞特性   | 上皮细胞样；贴壁生长                                    |
| 培养条件   | 95% 空气；5%CO <sub>2</sub> ；37℃                 |
| 培养基    | Ham's F-12K+10%FBS                            |
| 倍增时间   | 24~48 h                                       |
| 生物安全等级 | 1                                             |
| 保存条件   | 液氮（-196℃）                                     |
| 注意事项   | ——                                            |

**注意：**本产品在生产过程中严格控制无菌。后续培养请根据实际情况选择是否添加抗生素。

## OriCell® PC-3 细胞系在倒置相差显微镜下的形态



## 成瘤数据验证

Fig. The Tumor Growth Curves of PC-3 Cancer Xenograft Model




Fig. The Body Weight Changes of PC-3 Cancer Xenograft Model




图 1. 前列腺癌细胞 PC-3 皮下移植肿瘤体积生长曲线及小鼠体重变化曲线 (n=6)。

肿瘤体积预计在接种后 8 天达到 100-200mm<sup>3</sup>，在接种后 36 天达到 2000mm<sup>3</sup> 实验终点，给药窗口期预计在 28 天左右。给药第 28 天，对照组平均肿瘤体积为 2343.2mm<sup>3</sup>，Docetaxel (10mg/kg) 单剂量组为 78.4mm<sup>3</sup>，肿瘤抑制率 TGI<sub>TV</sub>(%) 为 96.7%，与对照组肿瘤体积统计学上有显著性差异(p 值 < 0.001, T-test)；结果表明 Docetaxel (10mg/kg) 单剂量从肿瘤体积曲线趋势和 TGI 有抑制 PC-3 皮下移植肿瘤增殖的药效活性。

多西他赛 (Docetaxel) (多烯紫杉醇) 作用与紫杉醇 (PTX) 相同，为 M 期周期特异性药物，促进小管聚合成稳定的微管并抑制其聚解，从而使小管的数量显著减少，并可破坏微管网状结构。

**使用本细胞发表的文献需注明:**

PC-3 cell lines (OriCell, Catalog H6-0401) were purchased from Cyagen Biosciences (Guangzhou) Inc.

## 质量控制

- 通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。
- 通过细胞复苏活力检测。
- 通过 STR 检测。

详情见《产品检测报告》。

## 处理原则

1. 严格的无菌环境。务必保证实验室整体、超净台和培养箱的清洁。
2. 规范的操作方式。请按照产品说明书描述的方式操作，严格控制变量，做好对照实验。
3. 需要合适的、质量可靠的实验耗材和试剂。本产品需使用适合贴壁细胞生长的培养容器，且不建议重复使用。使用的试剂必须经验证可靠，适宜细胞生长且批间差异小。

**注意：**本产品冻存液中含有 DMSO，其具有潜在风险，请谨慎处理。

本产品说明书中使用的试剂简写规则如下：

| 简写    | 名称                                           | 货号          |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| FBS   | Fetal Bovine Serum 胎牛血清                      | 参考官网信息      |
| BCS   | Bovine Calf Serum 小牛血清                       | SBCST-01001 |
| Glu   | Glutamine 谷氨酰胺                               | SGLU-10201  |
| SP    | Sodium Pyruvate 丙酮酸钠                         | SCSP-10301  |
| Dex   | Dexamethasone 地塞米松                           | SDEX-10401  |
| NBCS  | Newborn Calf Serum 新生牛血清                     | NCSST-01001 |
| HS    | Horse Serum 马血清                              | SCHST-01001 |
| NEAA  | Non Essential Amino Acid 非必须氨基酸              | NEAA-10201  |
| β-mer | β-mercaptoethanol β-巯基乙醇                     | BMER-10301  |
| P/S   | Penicillin- Streptomycin 青霉素-链霉素（双抗）         | ATPS-10001  |
| ITS   | Insulin、Transferrin、Selenite 胰岛素、转铁蛋白、亚硒酸添加物 | ITSS-10201  |

## 细胞的复苏和培养

### 所需材料

- OriCell® PC-3 细胞
- 适宜细胞生长的完全培养基

**注意：**收到的细胞如 24 h 内复苏，可存放于-80℃冰箱；超过 24 h 请存放于液氮中，复苏前 10 min 取出，放于-80℃，让管中液氮挥发。

### 操作步骤

1. 水浴锅 37℃预热。
2. 完全培养基温浴到 37℃。
3. 在 15 mL 离心管中加入 5 mL 以上完全培养基备用。
4. 从-80℃冰箱中取出细胞，放入 37℃水浴锅中，快速晃动，使冻存液迅速融化。

**注意：**1) 融化过程必须晃动冻存管，保证冻存液融化迅速、均匀；

2) 晃动时应避免水没过管盖造成污染；

3) 管内冻存液融化至只剩一个约 2 mm 直径的冰晶时，即停止水浴。继续晃动冻存管，至冰晶融化。

5. 用 75%医用酒精擦拭冻存管外表面。
6. 在超净台中打开冻存管，用巴氏吸管或移液枪吸取细胞冻存悬液，转移至先前准备的离心管中。
7. 用 1 mL 完全培养基洗涤冻存管 1 次，收集残留细胞，减少损失。
8. 细胞悬液以 250×g 离心 4 min。
- 注意：**请以公式  $a=\omega^2r$  ( $a$ :向心加速度； $\omega$ :旋转角速度， $\omega=\pi n/30$ ； $r$ :转子半径) 计算相应转速。
9. 离心后去除上清。加入 2 mL 完全培养基，轻柔吹打细胞沉淀，充分吹散、混匀。
10. 将细胞接种到 1 个 T25 培养瓶或底面积相当的培养容器中。加入足量完全培养基，1 个 T25 培养瓶中培养基总量不少于 5 mL。
11. 摇匀细胞，放入 37℃、5%CO<sub>2</sub>、饱和湿度的 CO<sub>2</sub> 培养箱中。

**注意：**接种 2 h 内不可移动、观察细胞。这会严重影响细胞贴壁，造成状态不佳、细胞聚团、贴壁不均匀等情况。

12. 复苏次日，观察细胞状态，并更换新鲜的完全培养基或传代。

**注意：**若发现大量漂浮细胞或其他异常情况，应及时排查原因，并与我们联系。

13. 之后，每 3 天更换一次完全培养基，直到细胞汇合度至 95%以上，即需传代。

## 常温细胞接收处理

### 所需材料

- OriCell® PC-3 细胞
- 适宜细胞生长的完全培养基
- 75%医用酒精
- 数个无菌的 EP 管

**注意：**1) 收到常温运输的细胞，取出细胞培养瓶后请仔细核对标签信息；

2) 检查培养基是否浑浊；

3) 瓶身有无裂痕；

4) 瓶口有无培养基渗漏。

如有任何异常情况，请及时与我们联系。

### 操作步骤

1. 用 75%医用酒精全面喷洒擦拭细胞培养瓶，转移入超净工作台。
2. 去除瓶口封口膜，再用蘸有 75%医用酒精的洁净无纺布擦拭瓶口。
3. 镜下观察细胞，检查细胞是否出现大面积脱落，或大量死细胞。
4. 若一切正常，请将细胞培养瓶放入 CO<sub>2</sub> 培养箱内，静置至少 2 h，使运输过程中震动脱落的细胞重新贴壁。
5. 从培养箱中取出细胞，镜下检查有无异常。
6. 若无异常，在超净工作台中打开培养瓶，吸取至少 2 份 1 mL 培养基至无菌的 EP 管中，妥善保存，以备检测。

**注意：**留样的细胞培养基请放置 4℃冰箱保存。若细胞短期内出现污染，请取其中 1 份做微生物检测；若直到细胞第二次传代没有任何异常，则可丢弃样品。

7. 弃去多余的培养基，1 个 T25 培养瓶中保留 10 mL 培养基即可。
8. 将细胞放入 37℃、5%CO<sub>2</sub>、饱和湿度的 CO<sub>2</sub> 培养箱中。
9. 每 3 天更换一次新鲜的培养基，直到细胞汇合度至 95%以上，即需传代。



## 细胞的传代

### 所需材料

- OriCell® 0.25%Trypsin-0.04%EDTA (货号: TEDTA-10001, 以下简称胰酶)
- OriCell® Phosphate-Buffered Saline (1×PBS) (货号: PBS-10001, 以下简称 PBS)
- 适宜细胞生长的完全培养基

### 操作步骤

1. 将完全培养基、PBS、胰酶预热至 37°C。
2. 吸去培养容器中的培养基。
3. 用 PBS (T25 培养瓶加入约 3 mL, T75 培养瓶加入约 6 mL) 洗涤细胞 2 次, 注意动作轻柔, 清洗全面。吸去 PBS。
4. 加入胰酶 (T25 培养瓶加入约 1.5 mL, T75 培养瓶加入约 3 mL), 迅速铺匀, 保证充分接触细胞表面。
5. 显微镜下观察消化情况, 约 70%~80%细胞收缩变圆后, 轻拍培养容器外壁, 使细胞脱离培养表面。
6. 立即加入完全培养基 (T25 培养瓶加入约 3 mL, T75 培养瓶加入约 6 mL), 随即轻摇培养容器, 使培养基和胰酶迅速混匀, 终止消化。
7. 使用吸管或移液管吸取细胞悬液, 吹打培养容器底面数次, 尽可能将细胞都吹打下来。

**注意:** 吹打动作不可剧烈, 避免产生大量气泡, 否则可能损伤和损失细胞。

8. 将细胞悬液转移至离心管中。用 PBS (T25 培养瓶加入约 3 mL, T75 培养瓶加入约 6 mL) 洗涤容器 1 次, 收集残留细胞。
9. 收集的所有细胞悬液以 250×g 离心 4 min。
10. 离心后去除上清。加入 2 mL 完全培养基, 轻柔吹打细胞沉淀, 充分吹散、混匀。
11. 将细胞按  $(2\sim3) \times 10^4$  个活细胞/cm<sup>2</sup> 接种至适宜的培养容器内。

**注意:** 我们建议有条件且计数效率较高的情况下, 进行手工计数, 以期获得精准的细胞浓度指导接种; 在没有精确计数条件的情况下, 按照适宜比例传代是更好的方法。通常 OriCell® PC-3 细胞传代比例为 1:3~1:5, 72 h 内生长至可传代汇合度。请根据细胞实际情况调整传代比例。

12. 摇匀细胞, 放入 37°C、5%CO<sub>2</sub>、饱和湿度的 CO<sub>2</sub> 培养箱中。
13. 传代次日, 观察细胞状态。若发现较多漂浮细胞, 应予以换液。
14. 每 3 天更换一次新鲜的培养基, 待细胞汇合度至 95%以上, 即需传代或冻存。



## 细胞的冻存

### 所需材料

- OriCell® 通用无蛋白非程序冻存液（货号：NCPF-10001）
- OriCell® 通用血清型非程序冻存液（货号：NCRC-10001）

### 操作步骤

1. 待细胞生长至可传代的密度，即可准备冻存。
2. 细胞消化请参考 OriCell® PC-3 细胞的传代操作步骤 1~9。
3. 离心后去除上清，用适量冻存液均匀重悬细胞。
4. 将细胞按比例或数量分装至冻存管中。

**注意：**在没有成熟的计数条件下，我们建议将细胞按比例分装冻存即可，长时间在非培养条件下放置会严重影响细胞的状态。在计数时，我们建议将细胞放置于 4℃冰箱内，以减弱细胞代谢，较好地保持细胞状态。

5. 若选用 OriCell® 非程序冻存液，可将冻存管直接分散放入-80℃冰箱中。

**注意：**细胞冻存期间，特别是开始冻存的 4 h 内，不可打开冰箱门，这将严重影响细胞冷冻存活率。

6. 8 h 后即可将细胞转移入液氮长期保存。

**注意：**细胞不可长期保存在-80℃冰箱中。我们建议在-80℃冰箱中的保存时间不要超过 48 h。

赛业（广州）生物科技有限公司保留OriCell®细胞培养产品技术文件的所有权利。

没有赛业（广州）生物科技有限公司的书面许可，本文件的任何部分，

不得改编或转载用作其他商业用途。